

Главному врачу  
КГП «Алтынсаринская районная больница»  
Уразбаевой А.К.

Письмо

07.04.2023 г. ТОО «ОрдаМед Костанай» в лице ведущего сервисного инженера Темиргалиева А.А. участвовал в подведении итогов закупа, а именно в сравнении Технических спецификаций «Шкафов для эндоскопов» от компании ТОО «Ост-Фарм» с медицинским изделием ENDO-8 CHOYANG Medical Industry LTD и ТОО «КАЗАХМЕДИМПОРТ» с медицинским изделием ЭНДОМЕД 8.

В технической спецификаций ТОО «КАЗАХМЕДИМПОРТ» с медицинским изделием ЭНДОМЕД 8 не были указаны следующие технические характеристики: наличие встроенного нагревателя, встроенного УФ-лампы, датчик для поддержания температуры, выполнение автоматических функций, таймер, наличие сенсора для управления, не указана мощность УФ-лампы и часового счетчика работы УФ-лампы. Также не указаны гарантийные обязательства, а именно: плановое техническое обслуживание 1 раз в квартал с заменой отработавших ресурс составных частей, восстановление или замену запасных частей, настройку, регулировку, полную чистку и смазку основных механизмов и узлов.

Ведущий сервисный инженер



Темиргалиев А.А.