

12.05.2023 г. ТОО «ОрдаМед Костанай» в лице сервисного инженера Смирнова Д.А. участвовал в подведении итогов закупа, а именно в сравнении Технических спецификаций биохимических анализаторов модели BS-240Pro и модели URIT-8210.

В технической спецификации модели URIT-8210 имеются следующие отличие от технической спецификации КГП «Алтынсаринская РБ»: производительность прибора 330 фотометрических тестов в час, программируемый объем образца 2-35 мкл с шагом 0,05 мкл, дозирование реагентов-100-300 мкл с шагом 0,5 мкл, количество позиций для реагентов - 60 позиций, количество позиций для проб - 71 проба, количество манипуляторов - 2, карусель на 90 реакционных кювет, промывка реакционных кювет 10-ти ступенчатая, количество доступных длин волн - 10 (340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 700, 800 нм), разрешающая способность фотометра 0,0005 Abs, диапазон поглощения 0,1 - 0,4 Abs, потребляемое количество воды 8 литров в час .

Техническая спецификация аппарата BS 240 Pro соответствует технической спецификации КГП «Алтынсаринская РБ»

С уважением,

Сервисный инженер

ТОО «ОрдаМед Костанай»



Смирнов Д.А.